



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 16.02.2018 r.

DZPZ-530-Zp/15/PN-10/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę płytek, siatek i śrub tytanowych do osteosyntezy złamań twarzoczaszki, materiałów eksploatacyjnych do kapnografu przedskórnego, elementów do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Exel, kaniul do termolezji termicznej i podkładek uziemiających oraz elektrod jednorazowych do koagulacji – Zp/15/PN-10/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 5

poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę igłową do koagulacji o rozmiarze całkowitym 7,2 cm, a długości aktywnej 2,8 cm, opakowanie 10 szt.? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę igłową do koagulacji o rozmiarze całkowitym 7,2 cm, a długości aktywnej 2,8 cm, opakowanie 10 szt.? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiar całkowity 16,51 o aktywnej długości 2,54 cm.**

poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową do koagulacji o rozmiarze całkowitym 7,2 cm, a długości aktywnej 2,8 cm, opakowanie 10 szt.? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiar całkowity 16,51 o aktywnej długości 2,54 cm.**