



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 20.02.2018 r.

DZPZ-530-Zp/16/PN-11/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę jałowych zestawów do zaćmy, osłonek na oko, koniul jednorazowych, testów do kontroli, wkładów absorpcyjnych, filtrów, wskaźników kontroli, materiałów do plazmy oraz czujników tlenu – Zp/16/PN-11/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści osłonkę na oko wielorazowego użytku, uniwersalną, przezroczystą, plastikową, niesterylną o rozmiarze 7,8 x 6,5 cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga osłonkę na oko jednorazowego użytku sterylną o roz.7,5x 6,5 cm.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści nie samoprzylepne testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści wkładki o gramaturze 70g/m²? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 1:

Czy w miejsce wkładki o wymiarach 25cm x 25cm Zamawiający dopuści wkładkę 25cm x 30cm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2

Czy w miejsce wkładki o wymiarach 48cm x 25cm Zamawiający dopuści wkładkę 30cm x 50cm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 5, dot. projektu umowy

§ 8 ust.1, punkt.2)

Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „ 10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do kontroli dezynfekcji termicznej pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem opakowań? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 8, dot. pakietu nr 8

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładów absorpcyjnych o gramaturze 110g/m² w rozmiarze 30 cm x 30cm oraz pakowane po 1000szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych opakowań? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładów absorpcyjnych o gramaturze 110g/m² w rozmiarze 40 cm x 30cm oraz pakowane po 250szt. Z odpowiednim przeliczeniem oferowanych opakowań? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Długość 40 cm jest za krótka, aby pokryć dno posiadanych przez Zamawiającego dużych kontenerów.**

Pytanie 9, dot. projektu umowy w zakresie pakietu nr 1

§ 6 ust. 1:

Zwracam się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty otrzymania faktury **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzeżę sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia o maksymalnie 20% w stosunku do całkowitej wartości umowy, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tytułu zmniejszenia zamówień o nie więcej niż 20%.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a) dla zamówień bieżących – do dni roboczych,

b) dla zamówień na cito - do 48 godzin roboczych”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 a, b, Wykonawca pokryje koszty transportu oraz różnicę w cenie związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni roboczych od chwili:

zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego – w przypadku reklamacji ilościowych,

dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów - w przypadku reklamacji jakościowej.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracam się z prośbą o dodanie w § 6 ust. 5 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu:
„Zmiana stawki VAT następuje automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1) 0,5 % wartości netto niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru, ale nie więcej niż 10% tej wartości,

2) 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości netto niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, to znaczy czterokrotnej realizacji dostaw ze zwłoką lub czterokrotnej realizacji dostaw niekompletnych, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 4 zdanie ostatnie projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Jeżeli zmiany wskazane w tiret pierwszym i drugim powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowania wykazał co najmniej jedną dostawę innych wyrobów medycznych tj: soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, pierścienie dotorebkowe, strzałki okulistyczne? **Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 11, dotyczy projektu umowy

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 30% ilości określonych w niniejszej Umowie” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy zapisu iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 8 ust. 1, pkt. 1

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 0,1% wartości niewykonanej dostawy. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 8 ust. 1, pkt. 2

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 5% wartości umowy. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Pytanie 12, dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści kaniule o poniższych parametrach:

- Kaniula do podawania wiskoelastyków
- Rozmiar: 27 G x 22 mm
- Długość rurki: 22 mm
- Zagięta pod kątem 35°, 9 mm od końca



Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dł. 4 mm.

Pytanie 13, dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści kaniule o poniższych parametrach:

- Kaniula do podawania wiskoelastyków
- Rozmiar: 27 G x 22 mm
- Długość rurki: 22 mm
- Zagięta pod kątem 35°, 9 mm od końca



Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zagięcia pod kątem 45°.

Pytanie 14, dotyczy projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 1) **0,5 %** wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy,**
- 2) 10 % wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 14, dotyczy pakietu nr 4

poz.1

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Kaniule do wiskoelastyku 27 G zagięta 4,5 mm od końca, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana po 10 szt. w opakowaniu. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 15, dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści testy kontroli skuteczności mycia spełniające opis SIWZ, w opakowaniu 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający wymaga testu, który może służyć do kontroli skuteczności mycia zarówno w myjni-dezynfektorze, jak również w myjce ultradźwiękowej? **Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Czy Zamawiający wymaga testu, który kontroluje skuteczność mycia jednocześnie z co najmniej 4 różnych kierunków? **Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Pytanie 16, dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1 pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1°C)? **Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Pytanie 17, dotyczy pakietu nr 8

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne spełniające opis SIWZ, pakowane po 2400 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne spełniające opis SIWZ, w rozmiarze 50 x 25 cm, pakowane po 1200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 18, dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga testu, w którym wynik uzyskujemy już do 10 sekund? **Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Czy Zamawiający wymaga testu, w którym każda wymazówka jest osobno zapakowana? **Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Czy Zamawiający wymaga testu, w którym substancja testowa znajduje się w jednoelementowym przyrządzie, razem z wymazówką? **Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Pytanie 19, dotyczy pakietu nr 11

poz. 2, 5-11

Prosimy o wydzielenie pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu, co pozwoli na uzyskanie ofert konkurencyjnych cenowo. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 11 poz. nr 2 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu nr 13. Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 11 poz. 5-11 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu nr 14. Patrz zmiana SIWZ z 20.02.2018r.**

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik spełniający opis SIWZ, pakowane po 200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 5-11

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga rękawów, gdzie 1 rękaw posiada długość 70 mb? **Odp. Zamawiający dopuszcza inną długość , po odpowiednim przeliczeniu .**

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający opis SIWZ o szer. 40 cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oferowany rękaw może być za wąski do posiadanego przez Zamawiającego asortymentu.**

Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający opis SIWZ o szer. 50 cm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 5-11

Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający opis SIWZ, konfekcjonowane w innych opakowaniach zbiorczych tj. 7,5 cm – 1 op. - 4 rolki; 10 cm – 1 op. – 4 rolki; 20 cm – 1 op. – 2 rolki; 25 cm – 1 op. – 2 rolki; ≥ 35 cm – 1 rolka; z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**