



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 19.02.2018 r.

DZPZ-530-Zp/14/PN-9/18

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Dostawy mat absorcyjnych na rozlane wydzielinę, siatki całkowicie wchłaniające do piersi, obuwie operacyjne gumowe, protezy kości sklepienia czaszki, klipsy naczyniowe do zabiegów neurochirurgicznych, zaciski tytanowe i resorbowalne do mocowania płatów kostnych czaszki – Zp/14/PN-9/18**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 6 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zacisków ze stopu tytanu mocowanych systemem zapadkowym sprężyną płaską, na ryflowanym trzpieniu? Średnice zacisków 11, 16 lub 20 mm (do śródoperacyjnego wyboru Zamawiającego). Zacisk 16mm i 20 mm z otworami na drenaż. Pakowane sterylne, pojedynczo. Dynamometryczna konstrukcja nierozbieralnego aplikatora umożliwi zaciśnięcie z dużą siłą, stałą dla każdego zaciska. Odcięcie trzpienia za pomocą oddzielnego narzędzia.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w zacisków. Zamawiający wymaga zaciski 13, 18, 22mm.**

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 6 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zacisków resorbowalnych wykonanych z wchłanianego materiału poliestrowego? Zaciski o średnicy 11mm lub 16mm (do śródoperacyjnego wyboru Zamawiającego). Pakowane sterylne, pojedynczo. Implanty nie wymagają stosowania instrumentarium.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zacisków resorbowalnych wykonanych z wchłanianego materiału poliestrowego.**