



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 20.02.2018 r.

DZPZ-530-Zp/14/PN-9/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy mat absorcyjnych na rozlane wydzieliny, siatki całkowicie wchłaniające do piersi, obuwie operacyjne gumowe, protezy kości sklepienia czaszki, klipsy naczyniowe do zabiegów neurochirurgicznych, zaciski tytanowe i resorbowalne do mocowania płatów kostnych czaszki – Zp/14/PN-9/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 3

W Pakiecie nr 3 Zamawiający wymaga obuwia wykonanego z SEBS o podwyższonej odporności na degradację i starzenie, z wyjmowaną perforowaną wkładką masującą podlegającą sterylizacji. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 obuwie operacyjne wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego, z jednego odlewu, wolne od klejenia, z paskiem na piętę, wentylowane jedynie po bokach, bez korka antystatycznego w podeszwie bez wyjmowanej wkładki?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza w/w obuwie operacyjne.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści obuwie podlegające praniu i dezynfekcji, bez możliwości sterylizacji?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza obuwie podlegające praniu i dezynfekcji, bez możliwości sterylizacji.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3

Zamawiający złożył zamówienie na obuwie operacyjne w trzech kolorach. Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne dostępne w kolorach zielonym i niebieskim?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza obuwie operacyjne dostępne w kolorach zielonym i niebieskim.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne w rozmiarach : 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 z oznaczeniem rozmiaru na pięcie?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza obuwie operacyjne w w/w rozmiarach .