



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 20.02.2018 r.

DZPZ-530-Zp/14/PN-9/18

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Dostawy mat absorcyjnych na rozlane wydzieliny, siatki całkowicie wchłaniające do piersi, obuwie operacyjne gumowe, protezy kości sklepienia czaszki, klipsy naczyniowe do zabiegów neurochirurgicznych, zaciski tytanowe i resorbowalne do mocowania płatów kostnych czaszki – Zp/14/PN-9/18**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu nr 2**

Czy zamawiający zgodzi się na utworzenie w Pakiecie nr 2 dwóch osobnych **Pakietów 2A oraz Pakiet 2B**, z czego **Pakiet 2A** - dotyczyłby rozmiaru siatki 22,5 cm - 14,5 cm ( lub alternatywnie 15cm-20 cm oraz 10cm-15 cm ) w ilości 20 sztuk, a **Pakiet 2B** – dotyczyłby rozmiaru siatki 28,5 cm – 17,5 cm w ilości 20 sztuk oraz czy Zamawiający dopuści w tym **Pakiecie nr 2A** siatkę alternatywną do rekonstrukcji piersi, całkowicie i długo wchłaniającą o parametrach : W 100% syntetyczna. Splatana z 2 różnych resorbowalnych włókien syntetycznych o różnych parametrach degradacji, w której szybko resorbowalne włókno stanowi 40% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu. Wolno resorbowalne włókno stanowi około 60% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem laktydu i węglanu trimetylenu. Siatka ulega pełnej absorpcji po około 36 miesiącach. Można przycinać na sucho przed implantacją. Wielkość porów >1mm<sup>2</sup>, w kolorze białym.

**Odp. Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie rodzaju oraz ilości pakietu nr 2.**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 2**

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek ze względu na wysoką cenę asortymentu lub o możliwość zaoferowania próbek niesterylnych w Pakiecie nr 2 (w razie wezwania).

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych .**