



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 20.02.2018 r.

DZPZ-530-Zp/14/PN-9/18

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia się treść Załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 2 (opis przedmiotu zamówienia). Ponadto zmienia się treść SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet nr 2 otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 2

Siatki całkowicie wchłanialne do piersi

L.P.	Asortyment szczegółowy	JEDNOST MIARY	ILOŚĆ 12 m-ce	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 10,0 x 15,0 cm.	szt.	5					
2.	Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 15,0 x 20,0 cm.	szt.	15					
3.	Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 22,5 x 14,5 cm.	szt.	10					
4.	Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 28,5 x 17,5 cm.	szt.	10					

Wchłanialny, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidoksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym.

Czas absorpcji w 50% - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-110 g/m², wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm.

Punkt XIII SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:

XIII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - w terminie do dnia **02.03.2018 r.** do godziny **10.00**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

Punkt XIV SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:

XIV. Otwarcie ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej – przy sekretariacie Dyrektora Szpitala w dniu **02.03.2018 r.** do godziny **10:15**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia