



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 06.03.2018 r.

DZPZ-530-Zp/20/PN-14/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi i sprzętu do zabiegów ortopedycznych – Zp/20/PN-14/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2_ tolerancje długości narzędzi +/- 10 mm ? **Odp. Zamawiający nie do wszystkich narzędzi dopuszcza tolerancje długości narzędzi +/- 10 mm.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 2 trzonek nr 4L o dł 210 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 9 Hak typu Kocher Langenbeck o dł. 220 mm ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 10 Hak typu Sauerbruch , tępy, dł. 225 mm, łyżka 75x20 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 11 Podważkę Hohmann ostrą o szerokości 18 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 13 Podważkę Hohmann ostrą o szerokości 43 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 16 Nożyczki o długości 215 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 19 pincetę anatomiczną typu CUSHING o dł. 170 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości 175 mm.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 24 kleszczyki o długości 230 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 31 osteotom Lambotte prosty szer.30 mm, dł 240 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 34 osteotom Lambotte o dł. 240 mm ? Reszta parametrów bez zmian. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 35 osteotom Lambotte o dł. 240 mm ? Reszta parametrów bez zmian. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 36 osteotom Lambotte o dł. 240 mm ? Reszta parametrów bez zmian. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 38 młotek lity walcowaty śr.40 mm, masa 770 g? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga młotka o masie 140g.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 38 młotek lity walcowaty śr.40 mm, masa 550 g? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga młotka o masie 140g.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 38 młotek lity walcowaty śr.40 mm, masa 600 g? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga młotka o masie 140g.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 39 odgryzacz kostny typu LEKSELL szer. 8 mm, dł. 230 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości 240 mm.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 40 odgryzacz kostny typu LEKSELL szer. 4 mm, dł. 230 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości 240 mm.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 41 łyżeczkę kostną 10 mm x 210 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości min. 355 mm.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 48 kleszcze do cięcia drutu o długości 235 mm ? Reszta parametrów bez zmian. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający W Pakiecie nr 2 odstąpi od wymogu laserowania narzędzi numerem serii LOT oraz kodu 2D ? **Odp. Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu laserowania narzędzi numerem serii LOT oraz kodu 2D. Takie rozwiązanie Zamawiający wymaga w celu łatwiejszej identyfikacji w procesie sterylizacji w Centralnej Sterylizacji Szpitala.**

§3 ust. 1 (oraz zapisy SIWZ rozdz. III)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w zakresie Pakietu nr 2 - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.**

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? **Odp. Tak, Zamawiający dookreśla, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem – w zakresie pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w §3 ust. 4, wydłuży termin rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych? **Odp. Tak, Zamawiający wydłuży termin rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych – w zakresie pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w §4 ust. 2 (oraz §6) odstąpi od wymogu kart gwarancyjnych? **Odp. Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu kart gwarancyjnych w zakresie pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w §7 ust. 1 lit b zmieni wysokość kary umownej z 1% na 0,5% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści: Trzonek nr 4L dł. 210 mm, zamiast Trzonek nr 4L dł. 220 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści: Hak typu Kocher, wielozębny, 28x15 mm, ostry, dł.220mm, zamiast Hak typu Kocher, wielozębny, 30x15 mm, ostry, dł.220mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści: Hak typu Kocher, wielozębny, 9x15 mm, ostry, dł. 220mm, zamiast Hak typu Kocher, wielozębny, 10x15 mm, ostry, dł. 220mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści: Hak typu Kocher, wielozębny, 18x15 mm, ostry, dł. 220mm, zamiast Hak typu Kocher, wielozębny, 20x15 mm, ostry, dł. 220mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści: Hak typu Kocher, jednozębny, ostry, dł. 220 mm, zamiast Hak typu Kocher, jednozębny, ostry, dł. 215 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści: Hak typu Sauerbruch, tępy, dł. 220 mm, łyżka 70x19mm, zamiast Hak typu Sauerbruch, tępy, dł. 225 mm, łyżka 72x19mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści: Pinceta chirurgiczna typu Waugh, dł. 130 lub 180 mm, zamiast Pinceta chirurgiczna typu Waugh, dł. 150 mm? **Odp. Zamawiający dopuszcza długość 180 mm.**

Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści: Pinceta anatomiczna typu Cushing, dł. 180 mm, zamiast Pinceta anatomiczna typu Cushing, dł. 175 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści: Pinceta anatomiczna bez nazwy własnej prosta, dł. 200 mm, zamiast Pinceta anatomiczna typu Brophy, dł. 200 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga konkretnego typu narzędzia.**

Poz. 22

Czy Zamawiający dopuści: Igłotrzymacz typu Crile-Wood, dł. 205 mm z twardą wkładką, zamiast Igłotrzymacz typu Crile-Wood, dł. 200 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 23

Czy Zamawiający dopuści: Igłotrzymacz typu De Bakey, dł. 230 mm, zamiast Igłotrzymacz typu Crile-Wood, dł. 230 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga konkretnego typu narzędzia.**

Poz. 24

Czy Zamawiający dopuści: Kleszczyki typu Gemini, dł. 220 mm, zamiast Kleszczyki typu Mini-Gemini, dł. 220 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga konkretnego typu narzędzia.**

Poz. 26

Czy Zamawiający dopuści: Kulociąg typu Schröder, ostry, dł. 250 mm, zamiast Kulociąg typu Schröder-Brown, ostry, dł. 250 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 28

Czy Zamawiający dopuści: Raspator typu Lambotte, szer. 20 mm, zamiast Raspator typu Lambotte, szer. 25 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga min. 25 mm szerokości.**

Poz. 31

Czy Zamawiający dopuści: Osteotom typu Lambotte, prosty, szer. 30mm, dł.240 mm, zamiast Osteotom typu Lambotte, prosty, szer. 30mm, dł.250 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 34

Czy Zamawiający dopuści: Osteotom typu Lambotte, prosty, dł.240 mm, szer. 4 mm, zamiast Osteotom typu Lambotte, prosty, dł.250 mm, szer. 4 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 35

Czy Zamawiający dopuści: Osteotom typu Lambotte., prosty, dł.240 mm, szer. 10 mm, zamiast Osteotom typu Lambotte., prosty, dł.250 mm, szer. 10 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 36

Czy Zamawiający dopuści: Osteotom typu Lambotte, prosty, dł. 240 mm, szer. 20 mm, zamiast Osteotom typu Lambotte, prosty, dł. 250 mm, szer. 20 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 37

Czy Zamawiający dopuści: Młotek lity, walcowaty, typu Heath śr. 40mm, masa 800 g lub śr. 35 mm masa 600 g, zamiast Młotek lity, walcowaty, śr. 42mm, masa 650 g? **Odp. Zamawiający dopuszcza śr. 40mm, masa 800 g.**

Poz. 39

Czy Zamawiający dopuści: Odgryzacz kostny typu Leksell, szer. 7 mm, dł. 230 mm, zamiast Odgryzacz kostny typu Leksell, szer. 7 mm, dł. 240 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości 240 mm.**

Poz. 40

Czy Zamawiający dopuści: Odgryzacz kostny typu Leksell, szer. 5 mm, dł. 230 mm, zamiast Odgryzacz kostny typu Leksell, szer. 3 mm, dł. 240 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości 240 mm.**

Poz. 41

Czy Zamawiający dopuści: Łyżeczka kostna, 10 mm x 270 mm, zamiast Łyżeczka kostna, 10 mm x 355 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości min. 355 mm.**

Poz. 42

Czy Zamawiający dopuści: Ekstraktor- korkociąg, dł. 250 mm, zamiast Ekstraktor- korkociąg, dł. 270 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości min. 270 mm.**

Poz. 46

Czy Zamawiający dopuści: Ustalacz odłamów kostnych, zapięcie zapadkowe, prosty, ostrokończysty, długość 200 mm, zamiast Ustalacz odłamów kostnych, zapięcie zapadkowe, prosty, ostrokończysty, długość 205 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 48

Czy Zamawiający dopuści: Kleszcze do cięcia drutu, utwardzone, dł. 235 mm, zamiast Kleszcze do cięcia drutu, utwardzone, dł. 230 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Ze względu na proces produkcyjny, który wymaga czasu prosimy o dopuszczenie terminu dostawy do 8 tygodni zamiast 4 tygodnie. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu dostawy.**

Czy Zamawiający dopuści znakowanie elektrochemiczne nr katalogowy + nazwa producenta, znak CE oraz kod Data Matrix bez numer LOT? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga oznakowania laserowego.**

Czy Zamawiający dopuści etykietę bez kodu kreskowego? Na etykiecie zawsze znajduje się identyfikator producenta, numer katalogowy produktu, numer serii LOT. **Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kod kreskowy.**

Poz. 26

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kulociąg nazwa własna SCHRODER, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 38

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek 160gx27mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 41

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżeczka kostna dł. 280mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości min. 355 mm.**