



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 29.03.2018 r.

DZPZ-530-Zp/21/PN-15/18

**Wynik postępowania przetargowego  
dotyczy pakietu nr 2**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę korków, rurek intubacyjnych, przyrządów, kaset, papieru, elektrod, igieł, zestawów do znieczulenia, infiltracji ran oraz zmiany opatrunku, form do cranioplastyki oraz zestawów serwet – Zp/21/PN-15/18*

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

**Dla Pakietu nr 2**: procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Oferta firmy **Aero – Medica Sp. z o.o.** ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poz. nr 2, 4 oraz 5.

Uzasadnienie:

- w pozycji nr 2 średnica mankietu przedstawionej próbki wynosi 20 mm przy wypełnieniu mankietu ciśnieniem 20 cmH<sub>2</sub>O. Zamawiający wymagał mankietu 16-17 mm.
- w pozycji nr 4 średnica mankietu przedstawionej próbki wynosi 25 mm przy wypełnieniu mankietu ciśnieniem 25 cmH<sub>2</sub>O. Zamawiający wymagał mankietu 19-20 mm.
- w pozycji nr 5 średnica mankietu przedstawionej próbki wynosi 25 mm przy wypełnieniu mankietu ciśnieniem 25 cmH<sub>2</sub>O. Zamawiający wymagał mankietu 22-23 mm. Skala głębokości zaczyna się dopiero od 19 cm – Zamawiający wymagał skali od 17 cm. Ponadto skala przy użyciu rurki ściera się i jest niewidoczna (pozostaje na palcach i plastrze).

Oferta firmy **SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.** ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poz. 1 oraz w poz. nr 2.

Uzasadnienie:

- w pozycji nr 1 skala głębokości zaczyna się od 15 cm – Zamawiający wymaga skali od 13 cm.
- w pozycji nr 2 skala głębokości zaczyna się od 15 cm – Zamawiający wymaga skali od 13 cm.

Załącznik:

- rozdzielnik

**ROZDZIELNIK**  
**Wykonawcy w postępowaniu:**

- 1) **SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.** ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek
- 2) **Aero – Medica Sp. z o.o.** ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa