



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 08.03.2018 r.

DZPZ-530-Zp/19/PN-13/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do procedur endowaskularnych – Zp/19/PN-13/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 40 cewnik balonowy do PTCA, uwalniający Paclitaxel o parametrach:

- długość od 10 mm – 250 mm
- średnica od 1,5 mm - 6.0mm
- 3 - gr cewnika balonowego z lekiem Paclitaxel 2,2ug/mm²
- crossing profile dla wszystkich rozmiarów mniej niż 1.0mm
- uwalnianie leku Paclitaxel przy 6atm, RBP 14atm (dla RX), RBP 10-14atm (dla OTW)
- specjalny elastyczny Tip do kretych naczyń
- wersja RX współpracuje z przewodnikiem 0,014”
- ciśnienie nominalne 6 atm
- Utrata leku przy wprowadzaniu jedyne 5%
- Lek utrzymuje się 60 dni po zabiegu

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.