



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 12.03.2018 r.

DZPZ-530-Zp/19/PN-13/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do procedur endowaskularnych – Zp/19/PN-13/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 rampy dwudrożnej wysokociśnieniowej 500PSI? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga w poz. nr 1 rampy dwudrożnej wysokociśnieniowej 1050 PSI.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 Y-conectora o świetle wewnętrznym zastawki 9.0F? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga w poz. nr 2 Y-conectora o świetle wewnętrznym zastawki 9.5F.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 Torquera o świetle wewnętrznym 0,012-0,025"? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga w poz. nr 3 Torquera o świetle wewnętrznym min. 0,009”.**