



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych 21.07.2016 r.

DZPZ-530-Zp/64/PN-63/16

**Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę defibrylatora/monitora ze stymulacją przeskórną” – Zp/64PN-63/16.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w metronom reanimacyjny, CPR Feedback, wspomaganie wykonywania poprawnie ucisków klatki piersiowej, animacje wyświetlane na ekranie wskazujące działania ratownicze? **Odp.** Zamawiający dopuszcza wyżej opisany defibrylator/monitor.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający 23 różne poziomy energii defibrylacji? **Odp.** Zamawiający dopuszcza wyżej opisany defibrylator/monitor.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor o wadze nie przekraczającej 8,9 kg? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego defibrylatora/monitora z uwagi na jego zbyt dużą wagę.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z funkcją automatycznego testu po każdym włączeniu urządzenia z możliwością wydruku wyniku - urządzenie posiada wskaźnik gotowości do pracy widoczny nawet przy wyłączonym urządzeniu? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego defibrylatora/monitora z uwagi na fakt, że po każdorazowym włączeniu sprzętu wykonanie testu przy akcji reanimacyjnej spowoduje wydłużenie czasu działania.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru częstości akcji serca min. od 30 do 300 uderzeń/min? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego defibrylatora/monitora z uwagi na fakt, iż posiada on mniejszy zakres pomiaru tętna co co ma duże znaczenie przy pacjentach z zaburzeniami rytmu serca, bradykarią.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający pięć poziomów wzmocnienia sygnału EKG w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/mV? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego defibrylatora/monitora z uwagi na fakt, iż posiada on mniejszy zakres wzmocnienia sygnału EKG co ma duże znaczenie przy pacjentach z zaburzeniami rytmu serca.

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności przewód do defibrylacji/stymulacji/kardiowersji kompatybilny z przylepnymi elektrodami do stymulacji nieinwazyjnej posiadanymi w oddziale (Medtronic-Physiocontrol) ? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego przewodu gdyż wymaga zaoferowania przewodu Quik- Combo.

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony był w duży, kolorowy ekran o przekątnej minimum 8" z prezentacją minimum 3 krzywych dynamicznych? **Odp.** Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry defibrylatora/monitora., ale ich nie wymaga.

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w łyżki twarde ze wskaźnikiem poprawnego kontaktu z ciałem pacjenta? **Odp.** Zamawiający dopuszcza wyżej opisane łyżki, ale ich nie wymaga.

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał możliwość rozbudowy o moduły: NIBP, SpO2, temp, IBP, EtCO2 w siedzibie Zamawiającego? **Odp.** Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry defibrylatora/monitora., ale ich nie wymaga.

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor w trybie AED był wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? **Odp.** Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry defibrylatora/monitora., ale ich nie wymaga.

**Pytanie 12:** Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki piersiowej bez dodatkowych czujników? **Odp.** Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry defibrylatora/monitora., ale ich nie wymaga.